

GMINA GRĘBOCICE
ul. Głogowska Nr 3
59-150 GRĘBOCICE
NIP 692-22-57-472 Kogon 390647601

Załącznik nr 1/2

Grębocice, dnia 20 kwietnia 2010 r.

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy RO.2110-18/2010

1. Zamawiający Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice

nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia: **Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. działające samodzielnie, z drukarkami przenośnymi lub współpracujące z komputerem**

3. Termin realizacji zamówienia:.....7 maja 2010 r.

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3 ,59-150 Grębocice p. nr 10

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3 ,59-150 Grębocice p. nr 10

6. Kryteria wyboru ofert:..... najniższa cena brutto.....

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia):

Pozytywna opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych , Zatwierdzenie Typu Głównego Urzędu Miar

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

.....na tym etapie nie dotyczy

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):

.....nie dotyczy.....

10. Warunki gwarancji:.....24 miesiące.....

11. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

12. Miejsce i termin składania ofert:

- ofertę należy złożyć do dnia 23 kwietnia 2009 roku, do godziny 10.00 w sekretariacie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Grębocicach, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice pokój nr 2 lub przesłać faksem pod nr 076 831 50 77 bądź mailem na adres sekretariat@grebocice.com.pl

WÓJ GMINY
GRĘBOCICE
mgr inż. Roman Jabłoński

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

GMINA GRĘBOCICE
ul. Głogowska Nr 3
59-150 GRĘBOCICE
NIP 692-22-57-472 Regon 390647601

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania

Profesjonalne urządzenie podręczne stosowane przez policję, zakłady pracy, przychodnie odwykowe, itp.

Posiada czujnik elektrochemiczny

Posiada przewód z oprogramowaniem

może współpracować z drukarką.

STOSOWANY PRZEZ POLICJĘ, ZAKŁADY PRACY, PRZYCHODNIE ODWYKOWE

Posiada:

POZYTYWNY ATEST INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH W KRAKOWIE,

POZYTYWNA OPINIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W WARSZAWIE,

TYP ZATWIERDZONY PRZEZ GŁÓWNY URZĄD MIAR.

Wykonuje następujące rodzaje testów:

- automatyczny:badany jest w stanie swobodnie wydmuchnąć 1,5 l powietrza,
- manualny: badany nie jest w stanie wydmuchnąć określonej ilości powietrza (odmawia lub jest nieprzytomny).

Badanie polega na elektrochemicznym utlenianiu alkoholu w powietrzu wydychanym, które zachodzi na kontrolowanym potencjale elektrody. Zmiany napięcia i natężenia towarzyszące procesowi elektrochemicznemu są mierzone, a natężenia są proporcjonalne do stężenia alkoholu w powietrzu wydychanym.

Po zamontowaniu ustnika pierwsza wyświetlana na ekranie urządzenia informacja to temperatura, następnie urządzenie samoczynnie się "zeruje" pobierając próbę powietrza z otoczenia oraz przygotowuje się do testu. W przypadku, kiedy temperatura urządzenia wykracza poza deklarowany przez producenta zakres następuje blokada uniemożliwiająca pomiar. Chwilowe umieszczenie urządzenia w odpowiedniej temperaturze przywraca jego zdolność do badań.

Posiada czujnik elektrochemiczny ,oprogramowanie do obsługi drukarki.

Drukarka termiczna.

◦Zakres pomiaru w zakresie od 0,00 do 2,00 mg/l.

◦Pamięć 45 pomiarów

◦Wskazania wyższe określone są jako 2>00 mg/l.

◦ Urządzenie po wykonaniu negatywnego testu (0,00 mg/l) jest gotowe do pracy po 10 sek., po teście pozytywnym - po upływie ok. 2 minut.

◦Zasilanie:

■Bateria alkaliczna 9V (wytrzymałość min. 300 testów)

■akumulatory 9V (z możliwością ładowania) - opcjonalnie

◦Opakowanie: Trwałe, w formie walizki, wodoszczelne, ekranowane, z tworzywa ABS.

◦Zestaw zawiera: tester, baterię 9V, opakowanie w formie walizki, 30 ustników jedorazowych, instrukcja w języku polskim

WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE
mgr inż. Roman Jabłoński