

ZP.271.5.2011

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZP.271.5.2011

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego tj. aparatu do badań ultrasonograficznych z trzema głowicami: Liniową, Convexową, Endowaginalną.”

Dnia 10 marca 2011 r. Zamawiający otrzymał wniosek o wyjaśnienia SIWZ o treści:

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 3 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i z pamięcią Cineloop z 1 kursorem?

**Ad. 1 Zamawiający NIE dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 3 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i z pamięcią Cineloop z 1 kursorem.**

**Uzasadnienie:** Wysokiej klasy aparaty renomowanych producentów USG mają możliwość badania z większą ilością kursorów liniowych. Jest to funkcja niezbędna do prowadzenia pomiarów w trybie M pod różnymi kątami w tym samym czasie.

2. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 3 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowice convex o zakresie częstotliwości pracy 2-5 MHz?

**Ad. 2 Zamawiający NIE dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 3 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowice convex o zakresie częstotliwości pracy 2-5 MHz.**

**Uzasadnienie:** Szerokie pasmo częstotliwości zapewnia Zamawiającemu większy zakres diagnostyczny zarówno w zakresie badań bardzo płytkich z dużą rozdzielczością w tym dzieci jak i z dużą penetracją u osób trudnych diagnostycznie przy pomocy jednej głowicy. Sondy o wymaganym zakresie oferuje wielu renomowanych producentów USG.

3. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 3 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowice liniową o zakresie częstotliwości pracy 5-14 MHz i 2 częstotliwościami harmonicznymi?

**Ad. 3 Zamawiający NIE dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 3 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowice liniową o zakresie częstotliwości pracy 5-14 MHz i 2 częstotliwościami harmonicznymi.**

**Uzasadnienie:** Większa liczba zmiennych częstotliwości harmonicznych zapewnia szersze pole diagnostyczne i świadczy o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych oferowanego aparatu.

4. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 3 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowice endowaginalną o zakresie częstotliwości 5-9 MHz i kącie skanowania 165 stopni?

**Ad. 4 Zamawiający NIE dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 3 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowice endowaginalną o zakresie częstotliwości 5-9 MHz i kącie skanowania 165 stopni.**

**Uzasadnienie:** Wymagany duży kąt głowicy zapewnia zdecydowanie większe pole diagnostyczne, co znacznie polepsza możliwości obrazowe i wpływa na komfort badanej pacjentki.

5. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z możliwością rozbudowy o system o obrazowanie 4D z głowicy objętościowej endowaginalnej o zakresie częstotliwości 5-9 MHz?

**Ad. 5 Zamawiający NIE dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z możliwością rozbudowy o system o obrazowanie 4D z głowicy objętościowej endowaginalnej o zakresie częstotliwości 5-9 MHz.**

**Uzasadnienie:** Szerokie pasmo częstotliwości zapewnia Zamawiającemu większy zakres diagnostyczny badań wykonywanych przy pomocy jednej głowicy. Sondy o wymaganym zakresie oferuje wielu renomowanych producentów USG.

6. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowice?

**Ad. 6 Zamawiający NIE dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowice.**

**Uzasadnienie:** Zamawiający planuje w przyszłości zakup powyższej głowicy ponieważ jest ona niezbędna do wykonywania planowanych w przyszłości zadań diagnostycznych.

7. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznową w układzie linia/microconvex

**Ad. 7 Zamawiający NIE dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznową w układzie linia/microconvex.**

**Uzasadnienie:** Zamawiający planuje w przyszłości zakup powyższej głowicy ponieważ jest ona niezbędna do wykonywania planowanych w przyszłości zadań diagnostycznych.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

**Wójt Gminy Grębocice**

**/-/ Roman Jabłoński**